

LUMEX[®]

by graham-field

Walkabout Imperial 4-Wheel Rollator

Walkabout Imperial Rodador de 4 Ruedas

Items RJ4400, RJ4405 & RJ4402



graham
field

QTY. 1 EA

SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

1. Intended usage: The rollator has been designed to assist people when walking.
2. Each individual should **ALWAYS** consult with their physician or other health care professional to determine proper adjustment and usage.
3. The brakes **MUST** be in the locked position before using the seat.
4. All wheels **MUST** be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the rollator is properly balanced.
5. This product has a maximum user weight limitation of 450 lbs. **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag.
6. Ensure handgrips **DO NOT** twist on rollator handle - otherwise damage or injury may occur.
7. After installation and before use, ensure that all attaching hardware is securely tightened.
8. **ALWAYS** use caution when using the rollator on wet and slippery surfaces. **DO NOT** use the rollator on stairs, steep inclines or uneven terrain.
9. **DO NOT** hang anything from the frame of the rollator. Items should be placed in the pouch.
10. The rollator basket has a weight limitation of 11 lbs (5 kg). The tote bag has a weight limitation of 10 lbs (5 kg). Items placed in either the basket or the bag should not protrude from the basket or bag.
11. The backrest should **ALWAYS** be in place and is **NOT** designed to support the total body weight of the user.
12. Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use **EXTREME** caution when reaching for any object.
13. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
14. Inspect rollator weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
15. If the hand brakes fail to stop the Rollator, contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor immediately for adjustment or replacement.

GENERAL WARNINGS

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- **DO NOT** use the rollator as a wheelchair or transport device. Rollators are not intended to be propelled while seated.
- If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.
- **DO NOT** use the rollator if there is any damage to the frame.
- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all hand and height adjustments are secure, and that wheels and moving objects are in good working order before using this rollator.
- When using the rollator in a stationary position, the hand brakes **MUST** be locked.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.
- **DO NOT** attempt to reach objects if you have to move forward in the seat. Reaching for these objects will cause a change to the weight distribution of the rollator and may cause the rollator to tip, resulting in injury or damage.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

ATTACHING BASKET, POUCH OR TOTE BAG

Basket:

Install the basket underneath the seat. On some rollator models, the basket is designed to fit underneath the seat or in the front by positioning the hooks on the front seat support frame.

Pouch and Tote Bag:

Hang the tote bag between the rollator frame tubes and secure with snap button flaps.

MAINTENANCE

- For dust and dirt, wipe product gently with damp, soft cloth.
- Inspect wheels periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Verify operation of the brakes and have them adjusted if necessary by your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Inspect product weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrips are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Periodically inspect the casters and caster stems for assembly tightness and verify that the wheels are free of hair or other debris that could interfere with free wheel operation.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

Please consult a healthcare professional for the proper adjustment.

ASSEMBLING THE ROLLATOR

1. Remove Rollator and other components from carton.
2. Unfold frame; spread front and back legs apart.
3. Push down locking mechanism to secure legs in place.
NOTE: Ensure the side crossbars (locking mechanism) lock down.
4. Insert handgrip handle bars into frame.
NOTE: After installation, make sure brake cable is secured to frame with rollator clip.
5. Secure positioning of handle bars with adjustment knob.
6. Install backrest into frame and secure with push buttons.

FOLDING THE ROLLATOR

1. If necessary, remove the accessories and lift the seat.
2. Hold one handle and pull up on the Folding Pull Strap that is attached to the crossbar (locking mechanism) or the pouch underneath the seat.

USING THE HAND BRAKE

Brakes should be used in one of the following methods:

1. To Engage Brake: Push down on lower part of hand brake.
2. To Remain Stationary: Hold the hand brake up.
3. To Continue Mobility: Release the brake. To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.

CAUTION: Always lock hand brakes when user is immobile.

ADJUSTING THE HEIGHT

1. Remove the adjustment knob and bolt by turning counterclockwise.
2. Consult with healthcare professional for proper adjustment.
3. Install the adjustment knob into one of the adjustment holes by turning clockwise.
4. Repeat STEPS 1– 3 for the other side.

Make sure that the height adjustment is at the same height for both handles to ensure safety and proper use.

NOTE: After adjusting the height, the brakes of the rollator must be checked and, if necessary, adjusted.



LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

Frame: three (3) years

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente por:

Marco: tres (3) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y

asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministradas.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTIVA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNAS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provee derechos legales especificamente. Usted podra tener otros derechos, que se varian por estado a estado o pais o pais.


Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantia, por favor de visitor los terminos y condiciones de GF que se encuentran en la pagina www.grahamfield.com

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Uso Intencionado: Este andador es diseñado para asistir a personas cuando caminando.
2. Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuidado de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
3. Los frenos TIENEN que estar en la posición asegurados antes de usar el asiento.
4. Todas las ruedas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el rodador esta balanceado apropiadamente.
5. Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de 450 lb. SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el “hangtag” de este producto o en la tabla a la izquierda.
6. Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el rodador – o si no, daño o herida puede ocurrir.
7. Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
8. SIEMPRE use caución cuando usando los rodadores en superficies mojados y resbalosos. NO USE el rodador en escaleras, inclinadas empinadas o terreno desigual.
9. NO fija cual quiere cosa del cuadro del rodador. Cosas deben ser puestos en la bolsa.
10. La canasta del rodador tiene una limitación de peso de 11 lb (5 kg). El bolsón tiene una limitación de 10 lb (5 kg). Cosas puestas en la canasta o bolsón no DEBEN sobresalir.
11. El respaldo debe SIEMPRE estar en posición y no es designado soportar todo el peso del cuerpo del usuario.
12. Antes de atemptar a alcanzar objetos o recojerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caucion EXTREMO cuando alcanzando por cualquiere objeto.
13. GF Health Products, Inc. no asume ninguin responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
14. Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgasto. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgasto, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.
15. Si los frenos de mano fallan o y parran el rodador, llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. para ajustamiento o reemplazo.

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- **NO DEBE** usar el rodador como una silla de ruedas o silla de transporte. Rodadores son entendidos para propulsado mientras sentado.
- **NO DEBE** utilizar este andador si hay dano al cuadro.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. **NO** substituye partes.
- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de mano y altura están seguros, y que las ruedas y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el rodador.
- Cuando usando el rodador en la posición estacionado, los frenos de mano **TIENEN** que estar asegurados.
- **SIEMPRE** observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto o en la tabla abajo.
- **NO** intente alcanzar para objetos si tiene que moverse hacia adelante en el asiento. Alcanzando para estos objetos puede causar un cambio en la distribución de peso del rodador y puede causar que el rodador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventativo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente in la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseno para soportar todo el peso del usuario.

PONIENDO LA CANASTA, BOLSA Y EL BOLSÓN

Canasta:

Instala la canasta debajo del asiento. En algunos de los modelos, la canasta es diseñado para poner debajo del asiento o al frente posicionado con los ganchos en la parte del frente del marco.

Bolsa y Bolsón:

A gancha el bolsón dentro del marco del rodador y asegura con los solapas.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el rodador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas por daño y desgaste periódicamente. Use un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en ninguna parte del producto.
- Verifica la operación de los frenos y permite que su distribuidor de GF Health Products, Inc. se los ajusta si es necesario.
- Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgaste. Si algunos componentes so están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos o frenos de mano están sueltos, **NO LOS** use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su rodador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.
- Periódicamente examine los rueditas y vástagos para su aprieta y verifica que las ruedas están libres de pelo o otros escombros que pueden interferir con el operación libre de la rueda.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

INSTRUCCIONES DE USO

Por favor de consultar con un profesional de cuidado de salud para ajustamiento apropiado.

ENSAMBLAJE EL RODADOR

1. Remueva el Rodador y los otros componentes del cartón.
2. Desdobra el cuadro; extiende las patas delanteras y traseras.
3. Aprieta hacia abajo en el mecanismo de cerrar para asegurar las patas en posición.
NOTA: Asegura que los barras de los lados (mecanismo de cerrar) están posicionados.
4. Inserta mango con manija en el cuadro.
NOTA: Después de instalación, asegure que el cable del freno se asegura al cuadro con el clip.
5. Asegura la posición de los manijas con la perilla de ajustamiento.
6. Instala espaldar en el cuadro y asegura con los botones de apretar.

DOBLANDO EL RODADOR

1. Si necesario, remueva los accesorios y levanta el asiento.
2. Jale hacia arriba en el Cordón de Doblar que esta fijado en la barra debajo del asiento.

USANDO EL FRENO DE MANO

Los frenos deben ser usados en uno de los siguientes métodos:

1. Para Engranar Freno: Aprete hacia abajo on la parte baja del freno de mano
2. Para Mantener estacionario: Aguante el freno hacia arriba.
3. Para Continuar Movilidad: Suelta el freno.
4. Para Abrir, jale en la porción superior del freno de mano.

Caución: Siempre cierre los frenos de mano cuando el usuario es inmóvil.

PARA AJUSTAR LA ALTURA

1. Remueve la perilla y tornillo de ajustamiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Consulte con un profesional de cuidado de salud para ajustamiento apropiado.
3. Instale la perilla de ajustamiento en uno de los huecos en sentido a las agujas del reloj.
4. Repite PASOS 1– 3 para el otro lado.

Asegure que el ajustamiento de altura es lo mismo para los dos mangos para asegurar seguridad y uso apropiado.

Nota: Después de ajustar la altura, los frenos del rodador deben ser examinados y si necesario, ajustados.



Features

- Improves mobility and allows for greater independence for the user on the go
- Lightweight design makes rollator easy to use, fold and store for convenient transport
- Padded seat and backrest provide additional comfort
- RJ4405 model offers a contoured backrest designed to fit the curvature of a user's back
- Ergonomic hand grips and hand brakes allow user to operate with ease
- Complete with pouch for storage of personal items
- Large 8" wheels are ideal for indoor and outdoor use
- RJ4402 model has a lower seat position for shorter individuals
- 450 lb weight capacity - EVENLY DISTRIBUTED
- Newly added reflectors increase visibility

Características

- Mejora movilidad y provee mas independencia al usuario siempre en la calle
- Diseño ligero hace que el rodador es fácil de usar, doblar y almacenar para transporte conveniente
- Asiento y respaldo acolchado provee mas comodidad
- RJ4405 ofrece un respaldo contorneado diseñado para seguir la curvatura de la espalda del usuario
- Agarres de mano ergonómicas y frenos de mano permite a usuario operarlo con facilidad
- Viene completo con bolsa para almacenaje de cosas personales
- Ruedas grandes de 8" son ideal para uso adentro y afuera
- RJ4402 tiene una posición de asiento bajo para individuales mas pequeños
- Capacidad de peso de 450 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Reflectores nuevos aumentan visibilidad

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2008, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com